

Zdjęcie jednostronne stawu biodrowego w projekcji AP

Kryteria prawidłowego wykonania

Uwidocznione struktury:

- Bliższa $\frac{1}{3}$ kości udowej i sąsiednie struktury obręczy miedniczej.
- Implant ortopedyczny objęty w całości.

Pozycja:

- Krętarz większy, głowa i szyjka kości udowej widoczne z profilu.
- Krętarz mniejszy niewidoczny lub nieznacznie uwidoczniony.

Ekspozycja:

- Optymalny kontrast i gęstość optyczna.
- Wyraźnie uwidoczniony ostry zarys struktury beczkowej kości; nieporuszone.



Ryc. 5-12. Zdjęcie stawu biodrowego w projekcji AP.

Test kompetencji _____

Instruktor

Data